

Ergebnisse des Testlaufs Lauf 34 2-2018 für Center 1119

Name des Testlaufs: **Lauf 34 2-2018**
Startdatum: **10.09.2018**
Enddatum: **10.10.2018**

Gewertet wurde Ihre Dateneingabe vom **09.10.2018**.

	Ihr Wert		Sollwert		Abweichung %		Zielbereich				Rang
	A	B	A	B	A	B	von A	bis A	von B	bis B	
Konzentration (M/ml)	16.2	10.2	14	10.9	16	-6	4	29.8	3.2	33.3	1
Morphologie (% normal)	7	10	5	7	40	43	1	13	3	24	1
Motilität PR (%)	2	50	3	53	-33	-6	0	17	41	65	1
Motilität NP (%)	34	13	36	7	-6	86	15	53	3	20	1
Motilität IM (%)	64	37	60	38	7	-3	37	80	27	56	1
Zählkammer:	Neubauer improved										
Diluent:	nicht zutreffend										
Färbung:	Diff Quik										
Morphologiekriterium:	WHO										
Pipette für Konzentrationsbestimmung:	Positive Displacement-Pipette										

Legende

Rang 1: Herzlichen Glückwunsch, die Ergebnisse beider Proben stimmen mit den Zielwerten überein.

Rang 2: Eines der beiden Probenergebnisse stimmt mit den Zielwerten überein.

Rang 3: Beide Proben ergebnisse liegen außerhalb des Zielwertes und in gleicher Richtung (Systematischer Fehler).

Rang 4: Beide Proben ergebnisse liegen außerhalb des Zielwertes aber in unterschiedlichen Richtungen.

