

Results INSTAND RV440, January 2019

Lab no.	Method*	Sample 1 A1,A2; B60,B62	Sample 2 A3, A31; B7,B27	Sample 3 A3, A24; B18,B62	Sample 4 A1,A2; B8,B13	Sample 5 A3,-; B7,B27	# reported samples (n)	Discr. (n)	Certificate
54	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
143	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
196	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
222	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
308	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
339	n.s.	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
427	PCR	neg	POS	neg	POS	POS	5	2	no
481	PCR	neg	POS	POS	POS	POS	5	0	yes
538	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
539	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
588	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
638	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
687	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
736	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
770	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
840	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
857	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
883	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
909	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
919	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
924	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
1010	other	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
1074	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
1314	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
1440	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
1509	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
1649	FACS	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
2331	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
2342	Seroloay,PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
2420	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
2424	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
2426	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
2434	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
2557	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
2758	Serology,PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
2772	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
3091	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
3385	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
3456	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
3642	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
3700	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
4380	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
4465	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
4526	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
4738	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
4914	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
4928	PCR,other	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
4947	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
4981	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
5096	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
5140	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
5228	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
5253	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
5295	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
5303	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
5421	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
5478	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
5585	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
5593	Serology	neg	POS	neg	POS	neg	5	2	no
5765	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
5848	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
5941	FACS	neg	POS	neg	neg	neg	5	1	no
5982	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
6033	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
6099	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
6201	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
6232	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
6751	PCR	neg	POS	neg	POS	POS	5	1	no
6977	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes

Results INSTAND RV440, January 2019

Lab no.	Method*	Sample 1 A1,A2; B60,B62	Sample 2 A3, A31; B7,B27	Sample 3 A3, A24; B18,B62	Sample 4 A1,A2; B8,B13	Sample 5 A3,-; B7,B27	# reported samples (n)	Discr. (n)	Certificate
7049	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
7167	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
7237	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
7317	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
7515	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
7575	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
7772	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
7904	FACS	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
7961	Serology	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
8077	FACS	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
8166	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
8208	FACS	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
8268	FACS	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
8370	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
8436	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
8504	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
8511	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
8727	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
8853	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
29762	FACS	neg	POS	neg	neg	neg	5	1	no
30058	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
30111	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
30629	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
30638	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
30757	Serology	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
30843	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
30968	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
31086	Serology,PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
31091	Serology	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
31096	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
31102	Serology,PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
31120	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
31157	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
31410	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
31806	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
31928	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
31962	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
32285	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
32395	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
32433	FACS	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
32858	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
32885	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
33199	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
33436	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
40055	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
40137	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
40327	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
40395	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
40446	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
42267	FACS	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
42357	Serology	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
42509	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
43351	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
43392	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
45760	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
47135	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
47846	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
48048	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
48669	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
49446	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
49447	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
49450	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
50180	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes

Results INSTAND RV440, January 2019

Lab no.	Method*	Sample 1	Sample 2	Sample 3	Sample 4	Sample 5	# reported samples (n)	Discr. (n)	Certificate
50286	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
50882	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
50961	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
51357	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
51396	FACS	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
57348	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
57469	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
57993	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
58123	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
58220	n.s.	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
59084	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes
59496	PCR	neg	POS	neg	neg	neg	5	1	no
59713	PCR	neg	POS	neg	neg	POS	5	0	yes

Dicr. = discrepancy; neg = negative; POS = positive

n.s. = not specified

bold	false-positive
-	false-negative