

	Saját értékek		Célértékek		Eltérés %		Célterület				Értékelés
	A	B	A	B	A	B	von A	bis A	von B	bis B	
Koncentráció (M/ml)	3.5	14.8	2.3	13.2	52	12	0.4	10.9	6.5	23.5	1
Morfologia (% normál)	3	9	3	8	0	13	0	6	2	15	1
Motilitás PR (%)	37	43	31	44	19	-2	20	41	31	61	1
Motilitás NP (%)	6	11	10	11	-40	0	4	25	5	25	1
Motilitás IM (%)	57	46	59	44	-3	5	45	66	26	58	1

Számláló kamra: Neubauer improved

Diluent: nicht zutreffend

Festék: Diff Quik

Morfológiai kritérium: WHO

Pipetta koncentráció meghatározásához: Positive Displacement-Pipette

#### Értékelési kategóriák

- 1:** Gratulálunk, mindkét minta eredménye megegyezik a célértékekkel.
- 2:** A két mintaeredmény közül az egyik megfelel a célértékeknek.
- 3:** Mindkét mintaeredmény kívül esik a célértéken és ugyanabba az irányba (szisztematikus hiba).
- 4:** Mindkét mintaeredmény kívül esik a célértéken, de eltérő irányban.